



# UNIwersytet Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych  
**Kazimierz Dukaczewski**

DZP- 361-*208*-168/2019

Warszawa, dnia *dn* 03.2020 r.

Dotyczy postępowania nr DZP-361/168/2019 na „Dostawę aparatury naukowo – badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT- Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”

W dniu 01.03.2020 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi.

Zestaw 3

### *Pytanie:*

Jako przedstawiciel firmy zainteresowanej w uczestnictwie w postępowaniu przetargowym na "Dostawę aparatury naukowo – badawczej w ramach realizacji projektu NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych" przesyłam poniżej nasze pytanie dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia z załącznika nr 4a - część 5:

1. Standardowym elementem do pracy ze spektrometrem jest migawka (shutter), która najczęściej jest komponentem tego urządzenia. Są jednak sytuacje, kiedy ten element jest celowo pomijany ze względu na charakter zastosowania spektrometru.

Czy Zamawiający celowo nie wymienił migawki w specyfikacji spektrometru, ponieważ ma jej nie być czy też Zamawiający przyjął, że migawka jest standardowym elementem spektrometru i powinna być zawarta w urządzeniu.



# UNIwersYTET WARszAWSKI

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych  
**Kazimierz Dukaczewski**

Odpowiedź :

Zamawiający przyjął, że zmotoryzowana migawka jest standardowym elementem zamawianego spektrometru. Zamawiający oczekuje, że będzie ona zawarta w urządzeniu.

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

  
mgr Kazimierz Dukaczewski

